

Sprawa 12/20

Kraków, 28.09.2020 r.

Wyjaśnienie nr 2

Dom Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Łanowa 41 jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą:

Dostawa sprzętu i wyposażenia niezbędnego do przeciwdziałania epidemii Covid-19

działając na podstawie art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późniejszymi zmianami)

na pytanie Wykonawcy udziela następujących odpowiedzi:**Pytanie 1.**

Dotyczy: część II – aparat do dekontaminacji pomieszczeń.

Czy zamawiający dopuści urządzenie PAZE SAFE W (HPA-130W) o wydajności deklarowanej specyfikacją producenta 297 m³ na dobę, które spełnia wszystkie pozostałe wymagania stawiane przez zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści powyższe urządzenie o proponowanej wydajności pod warunkiem spełnienia wszystkich pozostałych wymagań.

Kierownik Działu
Techniczno-Gospodarczego

mgr inż. Bogusław Feidman